

Najczęstsze błędy popełniane podczas sterylizacji narzędzi:



1. Pakowanie narzędzi w niewłaściwych zestawach. Pakiety powinny zawierać narzędzia wykorzystywane do jednego zabiegu.
2. Nieszczelne zamknięcie torebki, albo rękawa.
3. Niewykorzystane narzędzia, w otwartych opakowaniach traktuje się jako niesterylne.
4. Niewłaściwe przechowywanie również może wykluczyć je z użycia.
5. Pakiety można układać jeden na drugim, ale tylko gdy zachowamy zasadę: folia do foli, papier do papieru.
6. Częste problemy związane z kontrolą sterylizacji